



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:3571

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26513 66623
[e-mail:vntetsika@gni-hatzikosta.gr](mailto:vntetsika@gni-hatzikosta.gr)

ΠΡΟΣ:

- 1.VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
- 2.ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
- 3.ΙΑΤΡΟΚΑΛ Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ
- 4.PAUL HARTMANN HELLAS ΑΕ

ΚΟΙΝ:

1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90/2026 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕ(ΚΑΕ):3230203(1311), ΜΕ CPV.33140000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.169,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% & 24% (29.920,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύει
- 2.Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
4. Η αριθ. 99864/15.12.2025 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΞΞ-446) εγκύκλιος με θέμα: Εγκύκλιος προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α'147)
5. Την ανάγκη του Νοσοκομείου για την ετήσια προμήθεια **Υγειονομικού Αναλώσιμου Υλικού: Ιματισμός ΜΧ – Χειρουργικά πεδία** & τις ετήσιες αναλώσεις ανά είδος από το σύστημα διαχείρισης αποθηκών του Νοσοκομείου
6. Το αριθμ. ΑΤ2.31593/04.02.2026 αίτημα του τμήματος Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού: Γενική Αποθήκη για την ετήσια προμήθεια των ειδών
7. Η αριθ. πρωτ.19966/15.12.2025-ΑΔΑ: ΡΕΡΤ46906Ω-ΡΒΤ, απόφαση Διοικητή ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
- 8.Την αριθ. πρωτ. 3414/06.03.2026 απάντηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
9. Η αριθ. 624/2026 έρευνα αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies
10. Την αριθ.4/26.02.2026-Θ.13 (ΑΔΑ: 6ΧΠ946906Ω- ΒΜΙ & ΑΔΑΜ: 26REQ018592633) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Έγκρισης της Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού : «Ιατρικών Αναλωσίμων- **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με CPV:33140000-3 με την διαδικασία συλλογής προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες: 1.VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2.ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, 3.ΙΑΤΡΟΚΑΛ Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ, 4.PAUL HARTMANN HELLAS ΑΕ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I supplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας i Smart P.C., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Ορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
- 11.Την αριθ. πρωτ. 470/04.03.2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με Α/Α 470 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ.ΨΘΠΔ3ΒΥ46906Ω-ΤΛΔ με ΑΔΑΜ: 26REQ018592654)

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά

για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισμού δαπάνης 37.169,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 και ώρα 11.00 π.μ.

26PROC018612690 2026-03-10

Σε περίπτωση που κάποιος ΜΗ προσκεκλημένος φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία θα πρέπει να απευθύνει, το πολύ τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών της αρχικής πρόσκλησης, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην οποία θα αναφέρει κατ'ελάχιστον τον αριθμό της διαδικασίας και την περιγραφή της προμήθειας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (κυρίως e-mail , τηλ). Η ανωτέρω αίτηση θα αποστέλλεται στο e-mail: protokolo@gni-hatzikosta.gr. Η αίτηση ή οι αιτήσεις θα εξετάζονται από το Νοσοκομείο και στη συνέχεια θα αναρτάται νέα συμπληρωματική, ως προς τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς πρόκληση, με παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών κατά δυο (2) επιπλέον ημέρες. Σε περίπτωση που με τη δοθείσα χρονική παράταση η λήξη υποβολής προσφορών πέφτει σε αργία ή Σαββατοκύριακο τότε αυτή θα μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

A/A	T/M & ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜ ΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡ.ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	Μ.Μ.	ΑΛΕ-ΚΑΕ	CPV	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΟ	% ΦΠ Α	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΖ.31593/04.02.2026	010303008	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2ΣΤΡ. 75X90 ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΟΠΗ Μ.Χ	5500	ΤΜΧ	3230203-1311	33140000-3	0,37 €	2.035,00 €	24	488,40 €	2.523,40 €
2		013510118	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΟΠΗ 75X90cm	1000	ΤΜΧ			0,30 €	300,00 €	24	72,00 €	372,00 €
3		010303044	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΑ 150X180cm	14000	ΤΜΧ			0,80 €	11.200,00 €	24	2.688,00 €	13.888,00 €
4		010303001	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤ. 150X240cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ.ΠΛΕΥΡΑ	3000	ΤΜΧ			1,30 €	3.900,00 €	24	936,00 €	4.836,00 €
5		010303039	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚ/ΤΟ 75X90	4000	ΤΜΧ			0,33 €	1.320,00 €	24	316,80 €	1.636,80 €
6		012299162	ΧΕΙΡ. ΠΕΔΙΟ 150X180CM U ΑΥΤΟΚ. 50CM 3 ΣΤΡΩΜ.	3800	ΤΜΧ			1,50 €	5.700,00 €	24	1.368,00 €	7.068,00 €
7		012299277	ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ Μ.Χ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 75X90cm	11000	ΤΜΧ			0,30 €	3.300,00 €	24	792,00 €	4.092,00 €
8		012999067	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2ply ΑΠΟΣΤ. 150X240 cm	400	ΤΜΧ			1,80 €	720,00 €	24	172,80 €	892,80 €
9		010303021	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤ.150X180	1000	ΤΜΧ			1,50 €	1.500,00 €	24	360,00 €	1.860,00 €
ΣΥΝΟΛΟ									29.975,00 €			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24 %											7.194,00 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ												37.169,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Isupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C. μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026** και ώρα **11.00 π.μ.**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική).

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών και ως εξής:

A. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).

β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης **έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.**

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε **ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι **σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**

ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ψηφιακώς υπογεγραμμένη, όπου ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

- i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή,
- iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.

B. Τεχνική προσφορά

Στην τεχνική προσφορά τοποθετούνται :

α) όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά (αν έχει τεχνικές προδιαγραφές) και επίσημα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.

β) Πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2015 και ISO 13485 από τον κατασκευαστή για το προσφερόμενο είδος σε ισχύ.

γ) Πιστοποιητικό - Βεβαίωση του προμηθευτή από κοινοποιημένο οργανισμό για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργική απόφαση

δ) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται στην τεχνική του προσφορά η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Συγκεκριμένα,

(i) εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ότι η παράδοση του είδους θα γίνεται άμεσα (εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας)

Γ. Οικονομική προσφορά

(α) Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα κατατεθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα με τιμή σε ευρώ. Θα δοθεί οικονομική προσφορά χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ για κάθε είδος. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,

καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή. **Η προσφερόμενη προ ΦΠΑ συνολική τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προ ΦΠΑ προϋπολογιζόμενη δαπάνη.** Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

(β) Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. Κατηγορία και περιγραφή υλικού

2. CPV

3. GMDN

4. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΟΑΝ.

Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την **αξιολόγηση του δείγματος και την οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) - ανά είδος και για όλη την ζητούμενη ποσότητα του είδους-** εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του/των σχετικού/ών χρηματικού/ών εντάλματος/των. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (εκτός Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

ε) Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.

Υφίσταται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το αρ.1 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385)1. Επισημαίνεται ότι «[δ]εν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ (α 2 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385), εκτός από τις περιπτώσεις που τα τιμολόγια αυτά αποτελούν μέρος μεγαλύτερης σύμβασης (98616 ΕΞ 2024/09.07. 2024 έγγραφό ΓΛΚ)»2.

¹ Όπου αναφέρεται σχετικά, «1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων».

² *Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 4/2024, σελ.2.*

3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι.«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔ ΝΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΝΟΣ	ΚΩΔ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - REFNUMBER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ %	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ & ΤΙΜΗ ΠΑΡ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ.Β ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΤ
1	010303008	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2ΣΤΡ. 75Χ90 ΜΕ ΑΥΤΟΚ.ΟΠΗ Μ.Χ		τεμάχιο	5500							
2	013510118	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΟΠΗ 75Χ90cm		τεμάχιο	1000							
3	010303044	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΑ 150Χ180cm		τεμάχιο	14000							
4	010303001	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤ. 150Χ240cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ.ΠΛ ΕΥΡΑ		τεμάχιο	3000							
5	010303039	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚ/ΤΟ 75Χ90		τεμάχιο	4000							
6	012299162	ΧΕΙΡ. ΠΕΔΙΟ 150Χ180CM U ΑΥΤΟΚ. 50CM 3 ΣΤΡΩΜ.		τεμάχιο	3800							
7	012299277	ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ Μ.Χ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 75Χ90cm		τεμάχιο	11000							
8	012999067	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2ply ΑΠΟΣΤ. 150Χ240 cm		τεμάχιο	400							
9	010303021	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤ.1 50Χ180		τεμάχιο	1000							
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ:												
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:												

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :ημέρες

Ο χρόνος παράδοσης του είδους είναιημέρες ή μήνες

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: **90/2026**

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026** και ώρα **11.00 π. μ.**

ΤΙΤΛΟΣ: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Ημερομηνία :

Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να φέρουν **σήμανση CE** σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR)
2. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά **ISO 13485**
3. **Να υπάρχει** συμμόρφωση με τα πρότυπα **EN 13795** (χειρουργικά πεδία και ιματισμός).
4. Να αναγράφουν ευκρινώς:
 - περιγραφή προϊόντος
 - αριθμός παρτίδας (LOT)
 - ημερομηνία λήξης
 - μέθοδος αποστείρωσης
 - σήμανση CE
5. Να έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής: ≥ 3 έτη από την ημερομηνία αποστείρωσης.
6. Να έχουν εξωτερική συσκευασία κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση.

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 5x8cm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120x150cm

- Να είναι **αποστειρωμένα, μιας χρήσεως**.
- Να είναι κατασκευασμένα από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης.
- Να είναι **υποαλλεργικά**, απαλλαγμένα από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να παρουσιάζουν υψηλή **αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση**.
- Υλικό τύπου **SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond)** ή ισοδύναμο.
- Υψηλή **βακτηριακή φραγή** και **αντοχή στη διείσδυση υγρών**.
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
- Να διαθέτουν **κεντρική ή εκτός κέντρου οπή**, ανάλογα με τον τύπο χρήσης.
- Η οπή να είναι **ενισχυμένη περιμετρικά**, ώστε να αποτρέπεται το σχίσιμο.
- Διάμετρος ή διαστάσεις οπής: σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε επέμβασης.
- Η αυτοκόλλητη περιοχή
 - ✓ Να διαθέτει υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό.
 - ✓ Να εξασφαλίζει καλή πρόσφυση στο δέρμα χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.
 - ✓ Να αφαιρείται εύκολα χωρίς υπολείμματα.
 - ✓ Να φέρει ενισχυμένη απορροφητική περιοχή γύρω από την οπή.
 - ✓ Υψηλή απορροφητικότητα και συγκράτηση υγρών.
 - ✓ Να μην επιτρέπει διαρροές προς το χειρουργικό πεδίο.
- Ανοχή διαστάσεων: $\pm 5\%$.
- Να είναι αποστειρωμένα με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή **ακτινοβόληση γ**.
- Επίπεδο διασφάλισης στεριότητας (SAL): 10^{-6} .
- Να διασφαλίζεται η στεριότητα έως την ημερομηνία λήξης.
- Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

- Η συσκευασία να ανοίγει εύκολα με άσηπτη τεχνική.

2.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75x90cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- Τα χειρουργικά πεδία να είναι **μίας χρήσεως**, αποστειρωμένα και κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.
- Να αποτελούνται από **δύο (2) στρώματα**:
 - ✓ Άνω στρώμα από μη υφασμένο υλικό (non-woven), ανθεκτικό στο σχίσιμο.
 - ✓ Κάτω στρώμα αδιάβροχο, με υψηλή αντοχή στη διείσδυση υγρών και μικροοργανισμών.
- Να διαθέτουν **αυτοκόλλητη οπή**, με περιμετρική υποαλλεργική κόλλα:
- Ισχυρή συγκόλληση στο δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
- Να μην προκαλεί ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Η οπή να είναι κατάλληλων διαστάσεων για χειρουργική χρήση και να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή και σταθερότητα του πεδίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
- Το υλικό να είναι μη τοξικό, άοσμο και ελεύθερο από λάτεξ., φιλικό προς το δέρμα του ασθενούς.
- Τα χειρουργικά πεδία να είναι **αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη μέθοδο** (π.χ. ΕΟ ή ακτινοβολία) και να φέρουν σαφή ένδειξη αποστείρωσης.
- Η συσκευασία να είναι **ατομική**, ασφαλής και να διασφαλίζει τη διατήρηση της αποστείρωσης μέχρι τη χρήση.

3.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 50x60cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- Τα χειρουργικά πεδία να είναι **μίας χρήσεως**, αποστειρωμένα και κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.
- Να αποτελούνται από **δύο (2) στρώματα**:
 - ✓ Άνω στρώμα από μη υφασμένο υλικό (non-woven), ανθεκτικό στο σχίσιμο.
 - ✓ Κάτω στρώμα αδιάβροχο, με υψηλή αντοχή στη διείσδυση υγρών και μικροοργανισμών.
- Να διαθέτουν **αυτοκόλλητη οπή**, με περιμετρική υποαλλεργική κόλλα:
- Ισχυρή συγκόλληση στο δέρμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
- Να μην προκαλεί ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Η οπή να είναι κατάλληλων διαστάσεων για χειρουργική χρήση και να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή και σταθερότητα του πεδίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
- Το υλικό να είναι μη τοξικό, άοσμο και ελεύθερο από λάτεξ., φιλικό προς το δέρμα του ασθενούς.
- Τα χειρουργικά πεδία να είναι **αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη μέθοδο** (π.χ. ΕΟ ή ακτινοβολία) και να φέρουν σαφή ένδειξη αποστείρωσης.
- Η συσκευασία να είναι **ατομική**, ασφαλής και να διασφαλίζει τη διατήρηση της αποστείρωσης μέχρι τη χρήση.

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 150x180cm

- Να είναι **αποστειρωμένα** και **μίας χρήσης**.
- Να είναι κατάλληλα για **χειρουργική νοσοκομειακή χρήση**.
- Να είναι **υποαλλεργικά**, απαλλαγμένα από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.

26PROC018612690 2026-03-10

- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση.
- Να αποτελούνται από **δύο (2) διακριτά στρώματα**:
 - ✓ **Εξωτερικό στρώμα**: μη υφασμένο υλικό ιατρικής χρήσης, υγροαπωθητικό, με βακτηριακή φραγή.
 - ✓ **Εσωτερικό στρώμα**: απορροφητικό υλικό υψηλής απορροφητικότητας για τη συγκράτηση υγρών.
 - ✓ Τα δύο στρώματα να είναι σταθερά συγκολλημένα μεταξύ τους χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.
 - ✓ Εξωτερικό στρώμα από **non-woven υλικό τύπου SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond)** ή ισοδύναμο.
 - ✓ Εσωτερικό στρώμα από απορροφητικό υλικό (π.χ. cellulose ή ισοδύναμο).
- Υψηλή αντοχή στη διείσδυση υγρών και μικροοργανισμών.
- Να παρουσιάζουν υψηλή ικανότητα απορρόφησης υγρών.
- Να αποτρέπουν τη διαρροή υγρών προς το χειρουργικό τραπέζι.
- Να διατηρούν τη μηχανική τους αντοχή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
- Ανοχή διαστάσεων: 150x180cm±5%.
- Να είναι αποστειρωμένα με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή **ακτινοβολήση γ**.
- Επίπεδο διασφάλισης στεριότητας (SAL): 10⁻⁶.
- Να διατηρούν τη στεριότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
- Η συσκευασία να επιτρέπει άσηπτο άνοιγμα.

5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150x180cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ

- Τα χειρουργικά πεδία να είναι **μίας χρήσεως**, αποστειρωμένα και κατάλληλα για χρήση σε κάθε είδους χειρουργικές επεμβάσεις.
- Να είναι κατασκευασμένα από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό**, υψηλής αντοχής, που να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα.
- Να διαθέτουν **αυτοκόλλητη πλευρά** με υποαλλεργική κόλλα:
 - ✓ Ισχυρή και ασφαλή συγκόλληση.
 - ✓ Να μην προκαλεί ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις ή τραυματισμό του δέρματος.
 - ✓ Να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση.
 - ✓ Το υλικό να παρουσιάζει **αυξημένη αντοχή στη διείσδυση υγρών και μικροοργανισμών**, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό φραγμό.
- Να είναι **άοσμα, μη τοξικά και ελεύθερα από λάτεξ**.
- Να είναι **αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη μέθοδο** (π.χ. αιθυλενοξειδίο ή ακτινοβολία) και να φέρουν σαφή ένδειξη αποστείρωσης.
- Η αποστείρωση να διατηρείται μέχρι τη χρήση μέσω **ατομικής, άθικτης και ασφαλούς συσκευασίας**

6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 150x240cm

- Να είναι **αποστειρωμένα** και **μίας χρήσης**.
- Να είναι κατάλληλα για **χειρουργική νοσοκομειακή χρήση**.

26PROC018612690 2026-03-10

- Να είναι **υποαλλεργικά**, απαλλαγμένα από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση.
- Να αποτελούνται από **δύο (2) διακριτά στρώματα**:
 - ✓ **Εξωτερικό στρώμα**: μη υφασμένο υλικό ιατρικής χρήσης, υγροαπωθητικό, με βακτηριακή φραγή.
 - ✓ **Εσωτερικό στρώμα**: απορροφητικό υλικό υψηλής απορροφητικότητας για τη συγκράτηση υγρών.
 - ✓ Τα δύο στρώματα να είναι σταθερά συγκολλημένα μεταξύ τους χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.
 - ✓ Εξωτερικό στρώμα από **non-woven υλικό τύπου SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond)** ή ισοδύναμο.
 - ✓ Εσωτερικό στρώμα από απορροφητικό υλικό (π.χ. cellulose ή ισοδύναμο).
- Υψηλή αντοχή στη δειξίδυση υγρών και μικροοργανισμών.
- Να παρουσιάζουν υψηλή ικανότητα απορρόφησης υγρών.
- Να αποτρέπουν τη διαρροή υγρών προς το χειρουργικό τραπέζι.
- Να διατηρούν τη μηχανική τους αντοχή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
- Ανοχή διαστάσεων: 150x240cm±5%.
- Να είναι αποστειρωμένα με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή **ακτινοβολήση γ**.
- Επίπεδο διασφάλισης στειρότητας (SAL): 10^{-6} .
- Να διατηρούν τη στειρότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
- Η συσκευασία να επιτρέπει άσηπτο άνοιγμα.

7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 150x240cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ

- τα χειρουργικά πεδία να είναι **μιας χρήσεως**, αποστειρωμένα και κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις.
- να αποτελούνται από **δύο (2) στρώματα**:
 - ✓ άνω στρώμα από μη υφασμένο (non-woven) υλικό, υψηλής αντοχής, χωρίς χνούδι.
 - ✓ κάτω στρώμα αδιάβροχο, με αυξημένη αντοχή στη δειξίδυση υγρών και μικροοργανισμών.
- να διαθέτουν **αυτοκόλλητη πλευρά** με υποαλλεργική κόλλα:
 - ✓ να εξασφαλίζει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση.
 - ✓ να μην προκαλεί ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις.
 - ✓ να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση.
- το υλικό να είναι **μη τοξικό, άοσμο και ελεύθερο λάτεξ**.
- να παρουσιάζουν **υψηλή μηχανική αντοχή**, να μη σχίζονται κατά τη χρήση και να διατηρούν την ακεραιότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
- να είναι **αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη μέθοδο** (αιθυλενοξειδίο ή ακτινοβολία) και να φέρουν σαφή ένδειξη αποστείρωσης.
- να διατηρούν την αποστείρωσή τους μέσω **ατομικής, ασφαλούς και άθικτης συσκευασίας** μέχρι τη χρήση.

8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 75x90cm

- Να είναι **αποστειρωμένα, μιας χρήσεως**.
- Να είναι κατασκευασμένα από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ή ισοδύναμο, ιατρικής χρήσης.
- Να είναι **υποαλλεργικά**, απαλλαγμένα από λάτεξ και τοξικές ουσίες.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να διαθέτουν υψηλή **αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση**.
- Υλικό τύπου **SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond)** ή ισοδύναμο.
- Υψηλή **βακτηριακή και υγροαπωθητική προστασία**.
- Να επιτρέπει την **αναπνοή του δέρματος** (breathable).
- Ανοχές διαστάσεων: 75x90cm±5%
- Να είναι αποστειρωμένα με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή **ακτινοβολήση γ**.
- Επίπεδο διασφάλισης στεριότητας (SAL): 10⁻⁶.
- Να διατηρούν τη στεριότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης, υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.
- Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, ανθεκτική και εύκολα ανοιγόμενη.

9. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75x90cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ

- Τα χειρουργικά πεδία να είναι **μιας χρήσεως**, αποστειρωμένα και κατάλληλα για χρήση σε κάθε είδους χειρουργικές επεμβάσεις.
- Να είναι κατασκευασμένα από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό**, υψηλής αντοχής, που να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα.
- Να διαθέτουν **αυτοκόλλητη πλευρά** με υποαλλεργική κόλλα:
 - ✓ Ισχυρή και ασφαλή συγκόλληση.
 - ✓ Να μην προκαλεί ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις ή τραυματισμό του δέρματος.
 - ✓ Να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση.
 - ✓ Το υλικό να παρουσιάζει **αυξημένη αντοχή στη διείσδυση υγρών και μικροοργανισμών**, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό φραγμό.
- Να είναι **άοσμα, μη τοξικά και ελεύθερα από λάτεξ**.
- Να είναι **αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη μέθοδο** (π.χ. αιθυλενοξειδίο ή ακτινοβολία) και να φέρουν σαφή ένδειξη αποστείρωσης.
- Η αποστείρωση να διατηρείται μέχρι τη χρήση μέσω **ατομικής, άθικτης και ασφαλούς συσκευασίας**

10. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 150x180cm ΤΥΠΟΥ U ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 50cm ΠΛΕΥΡΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

- τα χειρουργικά πεδία να είναι **μιας χρήσεως**, αποστειρωμένα και κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις.
- να είναι **τύπου U**, κατάλληλα για απομόνωση χειρουργικού πεδίου, με **αυτοκόλλητη πλευρά μήκους 50 εκατοστών** για ασφαλή και σταθερή εφαρμογή.

- να αποτελούνται από **τρία (3) στρώματα**:
 - ✓ άνω στρώμα από μη υφασμένο (non-woven) υλικό, υψηλής αντοχής, χωρίς χνούδι,
 - ✓ μεσαίο στρώμα απορροφητικό,
 - ✓ κάτω στρώμα αδιάβροχο, με αυξημένη αντοχή στη διείσδυση υγρών και μικροοργανισμών.
- να διαθέτουν **υποαλλεργική αυτοκόλλητη πλευρά**:
 - ✓ με ισχυρή συγκόλληση στο δέρμα,
 - ✓ χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις,
 - ✓ χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση.
- το υλικό να είναι **μη τοξικό, άοσμο και ελεύθερο από λάτεξ**.
- να παρουσιάζουν **υψηλή μηχανική αντοχή** και να διατηρούν την ακεραιότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
- να είναι **αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη μέθοδο** (αιθυλενοξειδίο ή ακτινοβολία) και να φέρουν σαφή ένδειξη αποστείρωσης.
- να διατηρούν την αποστείρωσή τους μέσω **ατομικής, άθικτης και ασφαλούς συσκευασίας** μέχρι τη χρήση.

11. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ, L, & XL

- Να είναι **μη αποστειρωμένα** και **μίας χρήσης**, κατάλληλα για **νοσοκομειακή χρήση**.
- Να είναι **υποαλλεργικά**, απαλλαγμένα από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να είναι κατασκευασμένα από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης, τύπου **PP (πολυπροπυλένιο)** ή ισοδύναμο.
- Να επιτρέπουν τον επαρκή αερισμό του σώματος.
- Να παρουσιάζουν αντοχή σε σχίσιμο κατά τη συνήθη χρήση.
- Να αποτελούνται από **μπλούζα και παντελόνι** με άνετη γραμμή για εύκολη εφαρμογή
- Παντελόνι με λάστιχο στη μέση, για σωστή εφαρμογή.
- Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα μεγεθών
- Να αναγράφεται σαφώς το μέγεθος στη συσκευασία
- Να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
- Να μην περιορίζουν την κινητικότητα του ασθενούς.
- Να διασφαλίζουν αξιοπρεπή κάλυψη κατά τη χρήση.

12. ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ L & XL

- Να είναι **αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, υψηλής προστασίας**.
- Να είναι **υποαλλεργική**, απαλλαγμένη από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να μην αφήνει χνούδι (lint-free).
- Να παρέχει άνεση και ελευθερία κινήσεων στον χρήστη.
- Να είναι κατασκευασμένη από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης.
- Υλικό τύπου **SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond)** ή ισοδύναμο.
- Να διαθέτει υψηλή **βακτηριακή φραγή** και **αντοχή στη διείσδυση υγρών**.
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
- Ενίσχυση Θώρακα

- ✓ Να διαθέτει **ενισχυμένη ζώνη προστασίας στην περιοχή του θώρακα**.
- ✓ Η ενίσχυση να είναι από υλικό αυξημένης αντοχής και υγροαπωθητικό.
- ✓ Η ενισχυμένη περιοχή να εκτείνεται επαρκώς ώστε να καλύπτει πλήρως το θώρακα.
- ✓ Η ενίσχυση να είναι σταθερά ενσωματωμένη, χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.
- Να διαθέτει μακριά μανίκια και μανσέτες από πλεκτό υλικό (cuff) ή ισοδύναμο, για άριστη εφαρμογή.
- Δέσιμο στο πίσω μέρος με ιμάντες ή κορδόνια.
- Επαρκές μήκος για πλήρη κάλυψη του σώματος.
- Να διατίθεται σε μεγέθη L και XL και να αναγράφεται σαφώς το μέγεθος στη συσκευασία.
- Να είναι αποστειρωμένη με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή **ακτινοβολήση γ**.
- Επίπεδο διασφάλισης στειρότητας (SAL): 10^{-6} .
- Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, ανθεκτική και εύκολα ανοιγόμενη.
- Να διατηρεί τη στειρότητα έως την ημερομηνία λήξης.

13. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Να είναι **μη αποστειρωμένες, μίας χρήσης**, κατάλληλες για **νοσοκομειακή χρήση**.
- Να είναι **υποαλλεργικές**, απαλλαγμένες από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να παρέχουν άνεση και ελευθερία κινήσεων στον χρήστη.
- Να είναι κατασκευασμένες από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης.
- Να φέρουν **αδιάβροχη/υγροαπωθητική επίστρωση** (π.χ. PE coating ή ισοδύναμο).
- Να παρουσιάζουν αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση.
- Να παρέχουν αποτελεσματική **προστασία έναντι υγρών και εκκρίσεων**.
- Να εμποδίζουν τη διείσδυση υγρών στο εσωτερικό της μπλούζας.
- Η αδιάβροχη ιδιότητα να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης.
- Να διαθέτουν μακριά μανίκια, μανσέτες με λάστιχο ή πλεκτό τελείωμα για καλή εφαρμογή.
- Δέσιμο στο πίσω μέρος ή στο πλάι με ιμάντες/κορδόνια.
- Επαρκές μήκος για πλήρη κάλυψη του κορμού.
- Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα μεγεθών και να αναγράφεται το μέγεθος στη συσκευασία.

14. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

- Να είναι **μη αποστειρωμένες και μίας χρήσης**, κατάλληλες για **νοσοκομειακή χρήση**.
- Να είναι **αδιαφανείς**, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια του ασθενούς.
- Να είναι **υποαλλεργικές**, απαλλαγμένες από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να είναι κατασκευασμένες από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης τύπου **PP (πολυπροτυλένιο)** ή ισοδύναμο.
- Να επιτρέπουν τον αερισμό του σώματος και την άνετη χρήση.
- Το υλικό να είναι τέτοιας πυκνότητας ώστε να **μην είναι διαπερατό στο φως**.
- Άνοιγμα στο πίσω για διευκόλυνση ιατρικών εξετάσεων.
- Κλείσιμο με κορδόνια ανθεκτικά και ασφαλή.
- Επαρκές μήκος για πλήρη και αξιοπρεπή κάλυψη του σώματος.

- Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα μεγεθών και το μέγεθος να αναγράφεται στη συσκευασία.

15. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Να είναι **μη αποστειρωμένες** και **μίας χρήσης** κατάλληλες για **νοσοκομειακή χρήση**.
- Να είναι **υποαλλεργικές**, απαλλαγμένες από λάτεξ και τοξικές ουσίες.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να προσφέρουν άνεση και ευχέρεια κινήσεων στον ασθενή.
- Να είναι κατασκευασμένες από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης.
- Υλικό τύπου **PP (πολυπροπυλένιο)** ή ισοδύναμο.
- Να επιτρέπουν τον επαρκή αερισμό του σώματος.
- Άνοιγμα στο πίσω μέρος για διευκόλυνση των εξετάσεων.
- Κλείσιμο με κορδόνια ανθεκτικά και ασφαλή.
- Επαρκές μήκος για αξιοπρεπή κάλυψη του σώματος.
- Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα μεγεθών (S, M, L, XL, XXL) και το μέγεθος να αναγράφεται ευκρινώς στη συσκευασία.

16. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

- Να είναι **αποστειρωμένες** και **μίας χρήσης**, κατάλληλες για **νοσοκομειακή χρήση**.
- Να είναι **υποαλλεργικές**, απαλλαγμένες από λάτεξ, PVC και φθαλικές ενώσεις.
- Να μην αφήνουν χνούδι (lint-free).
- Να είναι κατασκευασμένες από **μη υφασμένο (non-woven) υλικό** ιατρικής χρήσης.
- Υλικό τύπου **SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond)** ή ισοδύναμο.
- Να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση.
- Να παρέχουν αποτελεσματική **βακτηριακή φραγή**.
- Να εξασφαλίζεται η μέγιστη κάλυψη του σώματος .
- Η ενίσχυση να είναι υψηλής απορροφητικότητας και ανθεκτική στα υγρά σε θώρακα, κοιλιά, μανίκια.
- Να διαθέτει λαιμόκοψη και μακριά velcro για το κλείσιμο στο λαιμό.
- Να διατίθενται σε κατάλληλες διαστάσεις ή σε καθολικό μέγεθος (one size).
- Να είναι αποστειρωμένες με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή **ακτινοβολήση γ**.
- Επίπεδο διασφάλισης στειρότητας (SAL): 10^{-6} .
- Η εφαρμογή να γίνεται με άσηπτη τεχνική.
- Να περιλαμβάνεται πετσέτα χεριών.
- Να είναι απόλυτα αδιαβροχοποιημένες.
- Να διατηρούν τη στειρότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, ανθεκτική και εύκολα ανοιγόμενη.