



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:3881

6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  
Τ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26513 66623  
[e-mail:vntetsika@gni-hatzikosta.gr](mailto:vntetsika@gni-hatzikosta.gr)

**ΠΡΟΣ:**

1. VIOLAK INTERNATIONAL OE
2. IOMED-IOANNIDIS MEDICALS
3. ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.,
4. SANIMED MARINA ΓΕΩΡΓΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΟΝΔ. ΕΜΠ.  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5. MEDLINE MEDICAL PRODUCTS, ΜΟΥΓΙΟΣ Α.-ΚΟΥΡΗΣ ΒΛ. &  
ΣΙΑ ΟΕ,
6. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

**ΚΟΙΝ:**

1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 89/2026, ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕ(ΚΑΕ):3230203(1311), ΜΕ CPV.33140000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.945,14€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% & 24% (29.480,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ)**

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύει
- 2.Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
4. Η αριθ. 99864/15.12.2025 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΣΞ-446) εγκύκλιος με θέμα: Εγκύκλιος προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α΄147)
5. Την ανάγκη του Νοσοκομείου για την ετήσια προμήθεια Αναισθησιολογικού Αναλώσιμου Υλικού & τις ετήσιες αναλώσεις ανά είδος από το σύστημα διαχείρισης αποθηκών του Νοσοκομείου
6. Το αριθμ. ΑΤ2.31633/05.02.2026 αίτημα του Αναισθησιολογικού τμήματος για την ετήσια προμήθεια των ειδών
7. Την αριθ. 14303/12.09.2025 (ΑΔΑ: Ψ12046906Ω-ΩΜΞ) απόφαση διοικητή ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
8. Η αριθ. 15675/03.10.2025 απάντηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
9. Την αριθ.3/16.02.2026-Θ.17 (ΑΔΑ: 9ΓΤΞ46906Ω-Υ3Θ & ΑΔΑΜ: 26REQ018591949) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Έγκρισης της Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού : «Ιατρικών Αναλωσίμων- **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με CPV:33140000-3 με την διαδικασία συλλογής προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες: 1. ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., 2. SANIMED MARINA ΓΕΩΡΓΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΟΝΔ. ΕΜΠ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 3. MEDLINE MEDICAL PRODUCTS, ΜΟΥΓΙΟΣ Α.-ΚΟΥΡΗΣ ΒΛ. & ΣΙΑ ΟΕ, 4. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I supplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας i Smart P.C., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% και Ορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
- 10.Την αριθ. πρωτ. 467/04.03.2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 467 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ.Ψ3ΞΑ46906Ω-ΛΛΕ με ΑΔΑΜ: 26REQ018591968)

# 26PROC018641286 2026-03-13

11. Το αριθ. πρωτ.3698/11.03.2026 αίτημα δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία 649/2026 μέσω I-SUPPLIES, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της εταιρείας VIOLAK INTERNATIONAL OE  
 12. Το αριθ. πρωτ.3698/11.03.2026 αίτημα δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία 649/2026 μέσω I-SUPPLIES, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της εταιρείας IOMED-IOANNIDIS MEDICALS  
 13. Η αριθμ. 3573/10.03.2026-89/2026-(ΑΡΙΘ. ΔΙΑΓΩΝ. ISUPPLIES 649/2026), (ΑΔΑΜ: 26PROC018616234) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

## Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά

για την **Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισμού δαπάνης **35.945,14€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μέχρι την **Πέμπτη 19.03.2026** και ώρα **11.00 π.μ.**

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α/Α	Τ/Μ & ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡ.ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	Μ.Μ.	ΑΛΕ-ΚΑΕ	CPV	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΟ	% ΦΠ Α	ΦΠΑ 13% & 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΑΤ2.3163305.02.2026 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	013510120	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ	70	ΤΜΧ	3230203-1311	33140000-3	32,80€	2.296,00€	13	298,48 €	2.594,48 €
2		013509909	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘ.	4500	ΤΜΧ			3,14 €	14.130,00€	24	3.391,20 €	17.521,20 €
3		011899003	ΚΑΘΕΤΡΕΣ 2/ΑΥΛΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ L-70-NI	270	ΤΜΧ			29,00€	7.830,00€	24	1.879,20 €	9.709,20 €
4		010101016	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ με ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ από PTFE 20G/45mm	500	ΤΜΧ			6,50€	3.250,00€	13	422,50 €	3.672,50 €
5		013510740	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣ.1,8m	40	ΤΜΧ			49,35€	1.974,00€	24	473,76 €	2.447,76 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>29.480,00€</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 13% &amp; 24%</b>											<b>6.465,14 €</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>												<b>35.945,14 €</b>

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Isupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C. μέχρι την **Πέμπτη 19.03.2026** και ώρα **11.00 π.μ.**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική).

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών και ως εξής:

### **A. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ** με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).
- β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό** από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης **έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.**
- γ. Φορολογική ενημερότητα** που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε **ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**
- δ. Ασφαλιστική ενημερότητα** που να αναγράφει **ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ** και να είναι **σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**

ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

- i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή,
- iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.

## Β. Τεχνική προσφορά

Στην τεχνική προσφορά τοποθετούνται :

α) όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά (αν έχει τεχνικές προδιαγραφές) και επίσημα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.

β) Πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2015 και ISO 13485 από τον κατασκευαστή για το προσφερόμενο είδος σε ισχύ.

γ) Πιστοποιητικό - Βεβαίωση του προμηθευτή από κοινοποιημένο οργανισμό για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργική απόφαση

δ) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται στην τεχνική του προσφορά η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Συγκεκριμένα,

(i) εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ότι η παράδοση του είδους θα γίνεται άμεσα (εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας)

## Γ. Οικονομική προσφορά

(α) Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα κατατεθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα με τιμή σε ευρώ. Θα δοθεί οικονομική προσφορά χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ για κάθε είδος. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή. **Η προσφερόμενη προ ΦΠΑ συνολική τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προ ΦΠΑ προϋπολογιζόμενη δαπάνη.** Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

(β) Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
2. CPV
3. GMDN

4. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοιχίας του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΟΑΝ.

Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

### 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την **αξιολόγηση του δείγματος και την οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) - ανά είδος και για όλη την ζητούμενη ποσότητα του είδους-** εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα

έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

## **2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του/των σχετικού/ών χρηματικού/ών εντάλματος/των. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (εκτός Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επι αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

ε) Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.

Υφίσταται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το αρ.1 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385)1. Επισημαίνεται ότι «[δ]εν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ (α 2 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385), εκτός από τις περιπτώσεις που τα τιμολόγια αυτά αποτελούν μέρος μεγαλύτερης σύμβασης (98616 ΕΞ 2024/09.07. 2024 έγγραφό ΓΛΚ)»2.

**Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση:**

**1015.Ε00225.0001**

## **3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι.«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ**

<sup>1</sup> Όπου αναφέρεται σχετικά, «1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων».

<sup>2</sup> *Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 4/2024, σελ.2.*

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔ ΝΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΝΟΣ	ΚΩΔ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - REFNUMBER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ %	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ & ΤΙΜΗ ΠΑΡ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ.β ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΤ
1	013510120	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ		τεμάχιο	70							
2	013509909	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘ.		τεμάχιο	4500							
3	011899003	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2/ΑΥΛΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ L-70-NI		τεμάχιο	270							
4	010101016	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ με ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ από ΡΤΦΕ 20G/45mm		τεμάχιο	500							
5	013510740	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣ.1,8m		τεμάχιο	40							
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ:												
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:												

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : .....ημέρες

Ο χρόνος παράδοσης του είδους είναι .....ημέρες ή μήνες

**Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :**

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: **101/2026**

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 19.03.2026 και ώρα 11.00 π. μ.

ΤΙΤΛΟΣ: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου»

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο**

Ημερομηνία : .....

Υπογραφή – Σφραγίδα)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

Το φίλτρο να έχει μια μεμβράνη, μηχανική, πτυχωτή (pleated), υδρόφοβη, χωρίς εναλλάκτη. Να πιστοποιείται ότι αποδεδειγμένα παρέχει προστασία από ηπατίτιδα C, Covid 19, TBC και ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 23328-1 για τα αναπνευστικά φίλτρα με την μέθοδο του αλατιού. Η απόδοση διήθησης να μην υπερβαίνει το 0,02%, ώστε η απόδοση αναστολής σωματιδίων να είναι τουλάχιστον 99,98%. Η απόδοση φιλτραρίσματος να είναι τουλάχιστον 99,9999% έναντι των ιών (VFE) –βακτηρίων (BFE), με μεμβράνη απόδοσης HEPA. Να διατηρεί χαμηλή αντίσταση ροής ακόμη και αν υπερβούν η χρήση τους τις 24 ώρες. Να διαθέτει οπή καπνογραφίας με θηλιά συγκράτησης στο πώμα, για την αποφυγή πιθανής απώλειας και κινδύνου διασποράς. Να είναι ελαφριά και μη ογκώδη, βάρους έως 23gr και πολύ μικρού νεκρού χώρου έως 25 ml, ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO<sub>2</sub>.

**5. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΡΤΦΕ 20G/45MM**

Ο αρτηριακός καθετήρας να είναι μήκους 45mm, από PUR (πολυουρεθάνη). Να είναι Latex-free, PVC free & DEHP free, με μέγεθος 20G - 1.1 mm και ροή 49ml/min. Να είναι ακτινοσκοπικός, να διαθέτει εργονομικά πτερύγια στήριξης με τρεις οπές σε κάθε πτερύγιο για την ασφαλή στερέωση του και να μην προκαλεί τραυματισμό της αρτηρίας κατά την εισαγωγή. Επιπλέον να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης (εγκλωβισμού) της αιχμής της βελόνης, χωρίς αιχμηρές μεταλλικές άκρες. Ο μηχανισμός ασφάλισης της βελόνας κατά την απόσυρση της, να ασφαρίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της, προς αποφυγή τραυματισμών & μετάδοσης μολυσματικών νόσων από τους ασθενείς.

Ο καθετήρας να είναι κατάλληλος ώστε να παραμένει στον ασθενή για 48-72 ώρες. Να διαθέτει διακόπτη ON/ OFF, για να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ο αυλός του καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η παλινδρόμηση, ο κίνδυνος εμβολής αέρα αλλά και πιθανή μόλυνση από την επαφή με το αίμα. Ο διακόπτης ON/ OFF να μπορεί να ενεργοποιηθεί με το ένα χέρι και να έχει χρωματική σήμανση ενδεικτική της αρτηριακής γραμμής (κόκκινο χρώμα).

Το προϊόν να είναι κατάλληλο για χρήση σε περιφερικές αρτηρίες για τη μέτρηση των αερίων του αίματος και για την παρακολούθηση της αιματηρής πίεσης. Να έχει διάφανο οπτικό παράθυρο αναρροής αίματος, ώστε να εξασφαλίζει την δυνατότητα οπτικού ελέγχου και να είναι κατάλληλος για κερκιδική αρτηρία. Να έχει μεταλλικό οδηγό (βελόνα) με λοξοτόμηση Buck-Cut, έτσι ώστε η φλεβοκέντηση να επιτυγχάνεται εύκολα. Ο οδηγός-στυλεός να έχει άριστη εφαρμογή και να μην συρρικνώνεται. Να διαθέτει βιδωτή σύνδεση τύπου Luer Lock για τη σύνδεση του καθετήρα με συσκευές, να είναι αποστειρωμένος και συσκευασμένος ανά ένα, με ενισχυμένο αδιάβροχο χαρτί που δε σκίζεται και πλαστική μεμβράνη PVC για να διατηρείται η αποστείρωσή τους.

**8. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 2/ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ L-70-NI**

Να είναι ειδικός σωλήνας για μηχανήμα θέρμανσης αίματος με νερό, που θα αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες, έτσι ώστε στον εξωτερικό να διαχέεται το ζεστό νερό και στον εσωτερικό το υγρό προς θέρμανση. Να διασφαλίζεται η διατήρηση της οριζόμενης θερμοκρασίας έως ότου φτάνει το υγρό στον ασθενή, να αποτρέπει την απώλεια αίματος και να είναι μήκους μεγαλύτερου των δύο μέτρων.

**16. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΑΣ 1,8 (ΦΟΡΗΤΟΣ T1)**

- I. Το αναπνευστικό κύκλωμα σωληνώσεων να είναι ομοαξονικού τύπου, μιας χρήσεως, μήκους περίπου 180 cm
- II. Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας από -15o C έως + 50o C
- III. Να λειτουργεί υπό σχετική υγρασία 5%-95%
- IV. Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα να μην υπερβαίνει τα 13,5 mm
- V. Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα ροής μιας χρήσεως
- VI. Η ενδοτικότητα του κυκλώματος να μην υπερβαίνει τα 1,75ml/cmH<sub>2</sub>O
- VII. Οι αντιστάσεις εισπνοής-εκπνοής του κυκλώματος στα 30 L/min να μην υπερβαίνουν τα 0,025 cmH<sub>2</sub>O//min & 0,040 cmH<sub>2</sub>O//min αντίστοιχα
- VIII. Να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα EN 12342 & ISO 5367

# 26PROC018641286 2026-03-13

- IX. Μέγιστη πίεση λειτουργίας στα 200cmH<sub>2</sub>O
- X. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ίδιο ασθενή για περίπου 4 εβδομάδες
- XI. Το προσφερόμενο κύκλωμα μίας χρήσεως να έχει την έγκριση του κατασκευαστικού οίκου Hamilton Medical AG για ασφαλή χρήση με τους αναπνευστήρες του.

## 27. ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18G

Το σετ να είναι αποστειρωμένο για χρήση σε περιοχική, επισκληρίδιο αναισθησία με υποαλλεργικό, διάφανο, ασφαλές σύστημα, στερέωσης καθετήρα, να περιέχει βελόνα με ατραυματικό άκρο & αποσπώμενα πτερύγια, να φέρει σύριγγα χωρίς αντίσταση (Iord). Να φέρει φίλτρο χρήσης 96 ωρών, διάφανο καθετήρα με αντοχή στο τσάκισμα και χρωματική ένδειξη άκρου. Επίσης να φέρει εξάρτημα προώθησης του καθετήρα και να περιέχει κουμπωτό συνδετικό καθετήρα-φίλτρου με δυνατότητα να ανοιγοκλείνει κατά βούληση.