



26PROC018767501 2026-04-02

Ιωάννινα, 02.04.2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:4905

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26513 66623
[e-mail:vntetsika@gni-hatzikosta.gr](mailto:vntetsika@gni-hatzikosta.gr)

ΠΡΟΣ:

- 1.ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.,
- 2.ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,
- 3.SCIBA ΑΕ
- 4.ENORASIS ΑΕ
- 5.MEDTRONIC HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ
- 6.ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
- 7.ARETEION MEDICALS ΑΕ
- 8.ΙΑΤΡΟΚΑΛ Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΚΟΙΝ:

1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 116/2026 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕ(ΚΑΕ):3230203(1311), ΜΕ CPV.33140000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27.819,63€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% & 24% (22.599,50€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύει
- 2.Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
4. Η αριθ. 99864/15.12.2025 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΞΞ-446) εγκύκλιος με θέμα: Εγκύκλιος προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α'147)
5. Την ανάγκη του Νοσοκομείου για την ετήσια προμήθεια Αναισθησιολογικού Αναλώσιμου Υλικού & τις ετήσιες αναλώσεις ανά είδος από το σύστημα διαχείρισης αποθηκών του Νοσοκομείου
6. Το αριθμ. ΑΤ2.32097/06.03.2026 αίτημα του Αναισθησιολογικού τμήματος για την ετήσια προμήθεια των ειδών
7. Την αριθ. 14303/12.09.2025 (ΑΔΑ: Ψ12046906Ω-ΩΜΞ) απόφαση διοικητή ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
8. Η αριθ. 15675/03.10.2025 απάντηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
9. Την αριθ.5/18.03.2026-Θ.19 (ΑΔΑ: ΡΨΟ046906Ω- 4ΒΨ& ΑΔΑΜ: 26REQ018743088) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Έγκρισης της Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού : «Ιατρικών Αναλωσίμων- **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με CPV:33140000-3 με την διαδικασία συλλογής προσφορών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες: **1.ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., 2.ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 3.SCIBA ΑΕ., 4.ENORASIS ΑΕ, 5.MEDTRONIC HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ, 6.ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ, 7.ARETEION MEDICALS ΑΕ, 8.ΙΑΤΡΟΚΑΛ Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ**, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I supplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας i Smart P.C., προϋπολογισμού δαπάνης 27.819,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% και Ορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης
- 10.Την αριθ. πρωτ. 606/27.03.2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 606 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ.ΡΟΓΤ46906Ω-NTP με ΑΔΑΜ: 26REQ018743112)

26PROC018767501 2026-04-02

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά

για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισμού δαπάνης 27.819,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μέχρι την ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 και ώρα 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που κάποιος ΜΗ προσκεκλημένος φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία θα πρέπει να απευθύνει, το πολύ τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών της αρχικής πρόσκλησης, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην οποία θα αναφέρει κατ'ελάχιστον τον αριθμό της διαδικασίας και την περιγραφή της προμήθειας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (κυρίως e-mail, τηλ). Η ανωτέρω αίτηση θα αποστέλλεται στο e-mail: protokolo@gni-hatzikosta.gr. Η αίτηση ή οι αιτήσεις θα εξετάζονται από το Νοσοκομείο και στη συνέχεια θα αναρτάται νέα συμπληρωματική, ως προς τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς πρόσκληση, με παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών κατά δυο (2) επιπλέον ημέρες. Σε περίπτωση που με τη δοθείσα χρονική παράταση η λήξη υποβολής προσφορών πέφτει σε αργία ή Σαββατοκύριακο τότε αυτή θα μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

A/A	T/M & ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡ.ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	M.M.	ΑΛΕ-ΚΑΕ	CPV	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	% ΦΠΑ	ΦΠΑ 13% & 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΑΤ2.332097/06.03.2026 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	012299307	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 150-180cm	2000	TMX	3230203-1311	33140000-3	0,30€	600,00€	24	144,00 €	744,00 €
2		013501031	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ G25X3,5	400	TMX			3,60€	1.440,00€	13	187,20 €	1.627,20 €
3		013510811	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝ/ΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ G22 ΜΕ ΟΔΗΓΟ	600	TMX			7,95 €	4.770,00€	24	1.144,80 €	5.914,80 €
4		020499001	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 0,5 ΙΝΤΣΑ	6000	TMX			0,093 €	558,00€	24	133,92 €	691,92 €
5		013510068	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	120	TMX			6,00€	720,00€	24	172,80 €	892,80 €
6		013510867	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣ. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ Μ.Χ.ΕΝΗΛ.	150	TMX			7,70 €	1.155,00€	24	277,20 €	1.432,20 €
7		013510183	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔ.ΓΩΝΙΩΔΗ ΕΝΔΟΤΡ.με ΟΠΗ & ΠΩΜΑαναρρόφ.12-18cm	600	TMX			0,518 €	310,80 €	13	40,40 €	351,20 €
8		013510807	ΛΑΜΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Μ.Χ No 1-2-3-4	500	TMX			8,40€	4.200,00€	24	1.008,00 €	5.208,00 €
9		013510808	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	300	TMX			14,70 €	4.410,00 €	24	1.058,40 €	5.468,40 €
10		013509107	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ Σ ΑΠΛΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡ.ΠΙΕΣΗΣ	300	TMX			7,80 €	2.340,00 €	24	561,60 €	2.901,60 €
11		013509667	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ ΟΧΥΛΟΓ	40	TMX			33,00 €	1.320,00 €	24	316,80 €	1.636,80 €

		1000 DRAEGER							
12	013509755	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Μ.Χ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥ No 2-6	150	TMX	2,50€	375,00€	24	90,00 €	465,00 €
13	013509759	ΑΜΒΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ I7152	20	TMX	8,65€	173,00€	24	41,52 €	214,52 €
14	013501049	ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ μ.χ. με βαλβίδες FIO2 έως 60%	30	TMX	7,29 €	218,70 €	24	52,49 €	271,19 €
ΣΥΝΟΛΟ						22.590,500 €			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 13% & 24%								5.229,13 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ									27.819,63 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Isupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C. μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 και ώρα 11.00 π.μ.**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική).

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών και ως εξής:

A. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ** με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).
- β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό** από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης **έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.**
- γ. Φορολογική ενημερότητα** που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε **ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**
- δ. Ασφαλιστική ενημερότητα** που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι **σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**
- ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxishnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, με ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
- στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986** ψηφιακώς υπογεγραμμένη, όπου ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
 - i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή,
 - iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσας διαδικασίας.

B. Τεχνική προσφορά

Στην τεχνική προσφορά τοποθετούνται :

- α)** όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά (αν έχει τεχνικές προδιαγραφές) και επίσημα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.
- β)** Πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2015 και ISO 13485 από τον κατασκευαστή για το προσφερόμενο είδος σε ισχύ.
- γ)** Πιστοποιητικό - Βεβαίωση του προμηθευτή από κοινοποιημένο οργανισμό για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργική απόφαση
- δ)** Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται στην τεχνική του προσφορά η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Συγκεκριμένα,

(i) εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ότι η παράδοση του είδους θα γίνεται άμεσα (εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας)

Γ. Οικονομική προσφορά

(α) Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα κατατεθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα με τιμή σε ευρώ. Θα δοθεί οικονομική προσφορά χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ για κάθε είδος. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή. **Η προσφερόμενη προ ΦΠΑ συνολική τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προ ΦΠΑ προϋπολογιζόμενη δαπάνη.** Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

(β) Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
2. CPV
3. GMDN

4. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΟΑΝ.

Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την **αξιολόγηση του δείγματος και την οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) - ανά είδος και για όλη την ζητούμενη ποσότητα του είδους**- εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του/των σχετικού/ών χρηματικού/ών εντάλματος/των. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του

άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (εκτός Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επί αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

ε) Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.

Υφίσταται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το αρ.1 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385)¹. Επισημαίνεται ότι «[δ]εν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ (α 2 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385), εκτός από τις περιπτώσεις που τα τιμολόγια αυτά αποτελούν μέρος μεγαλύτερης σύμβασης (98616 ΕΞ 2024/09.07. 2024 έγγραφό ΓΛΚ)»².

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1015.Ε00225.0001

3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι.«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

¹ Όπου αναφέρεται σχετικά, «1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων».

² *Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 4/2024, σελ.2.*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔ ΝΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΝΟΣ	ΚΩΔ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - REFNUMBER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ %	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ & ΤΙΜΗ ΠΑΡ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ.β ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΤ
1	012299307	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 150-180cm		τεμάχιο	2000							
2	013501031	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ G25X3,5		τεμάχιο	400							
3	013510811	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝ/ΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ G22 ΜΕ ΟΔΗΓΟ		τεμάχιο	600							
4	020499001	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 0,5 ΙΝΤΣΑ		τεμάχιο	6000							
5	013510068	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ		τεμάχιο	120							
6	013510867	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣ. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ Μ.Χ.ΕΝΗΛ.		τεμάχιο	150							
7	013510183	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔ.ΓΩΝΙΩΔΗ ΕΝΔΟΤΡ.με ΟΠΗ & ΠΩΜΑαναρρόφ.1 2-18cm		τεμάχιο	600							
8	013510807	ΛΑΜΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Μ.Χ Νο 1-2-3-4		τεμάχιο	500							
9	013510808	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ		τεμάχιο	300							
10	013509107	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡ ΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡ.ΠΙΕΣΗΣ		τεμάχιο	300							
11	013509667	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ ΟΧΥΛΟΓ 1000 DRAEGER		τεμάχιο	40							
12	013509755	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Μ.Χ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥ Νο 2-6		τεμάχιο	150							
13	013509759	ΑΜΒU ΕΝΗΛΙΚΩΝ I7152		τεμάχιο	20							

26PROC018767501 2026-04-02

14	013501049	ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ μ.χ. με βαλβίδες FIO2 έως 60%		τεμάχιο	30							
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ:												
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:												

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :ημέρες

Ο χρόνος παράδοσης του είδους είναιημέρες ή μήνες

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: **116/2026**

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **ΤΡΙΤΗ 17.03.2026** και ώρα **11.00 π. μ.**

ΤΙΤΛΟΣ: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ**» για τις ανάγκες του **Νοσοκομείου**»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Ημερομηνία :

Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**9. ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛ.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG 1000 DRAGER**

Το κύκλωμα να είναι μιας χρήσεως, μήκους 1,20- 1,60 μέτρα, να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής και τάπα προστασίας. Να είναι ειδικός για χρήση σε κύκλωμα Oxylog 1000

11. ΛΑΜΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΧ Ν.1-2-3-4

Ειδική αντιθαμβωτική λάμα διασωλήνωσης μιας χρήσεως, συμβατές με το φορητό βιντεολαρυγγοσκόπιο που διαθέτει το νοσοκομείο (McGarth). Να διατίθεται σε νούμερα από 1 έως 4

12. ΛΑΜΕΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

Ειδική αντιθαμβωτική λάμα διασωλήνωσης μιας χρήσεως λεπτού προφίλ και κυρτού άκρου για εξαιρετικά δύσκολες διασωληνώσεις, συμβατές με το φορητό βιντεολαρυγγοσκόπιο που διαθέτει το νοσοκομείο (Mc Garth).

13. ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Πλήρες σετ προσυναρμολογημένου μορφομετατροπέα για την αιματηρή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε πραγματικό χρόνο, αποστειρωμένο, μιας χρήσεως, **Latex-Free**. Συμβατό με τα μόνιτορ που διαθέτουν τα αναισθησιολογικά μηχανήματα του τμήματος.

14. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 150-180ΕΚ.

Προεκτάσεις χαμηλών πιέσεων με σωλήνα μήκους 90 εκατοστών - 180 εκατοστών, μιας χρήσεως αποστειρωμένες, Latex Free.

17. ΠΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΧ

Ο αεροθάλαμος ταχείας χορήγησης να διαθέτει:

- I. Βαλβίδα ασφαλείας που να εμποδίζει την υπερ-πλήρωση του ασκού (330 mmHg pressure relief)
- II. Διαφανές μπροστινό τοίχωμα που να επιτρέπει για τον οπτικό έλεγχο των υγρών
- III. Μετρητή με κωδικοποίηση χρωμάτων (0-300 mmHg)
- IV. 3-way stopcock που να εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης
- V. Άγκιστρο συγκράτησης
- VI. Να έχει ασκούμενη πίεση 0-300mmHg
- VII. Να είναι μίας χρήσεως
- VIII. Να είναι Latex free
- IX. Να έχει σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή υπερπίεσης του αεροθαλάμου
- X. Να διατηρεί την επιθυμητή πίεση έγχυσης

18. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 25G ΜΕ ΟΔΗΓΟ

- I. Να είναι τύπου Pencil-Point, ατραυματικές, με κλειστό άκρο κι ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο, αποστειρωμένες, χωρίς Latex και χωρίς φθάλειο. Να φέρουν στυλεό και οδηγό.
- II. Απαραίτητως, το μέγεθος της βελόνης (σε gauge και σε mm) να αναγράφεται στη λαβή τού στυλεού της, για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση
- III. Το πλευρικό μάτι να φέρει στρογγυλεμένες ατραυματικές άκρες για την αποφυγή τραυματισμού της σκληράς μήνιγγας και να κλείνει με ακρίβεια για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σχηματισμού πυρήνων ιστού.
- IV. Να επιτυγχάνεται ανεμπόδιστη αντίστροφη ροή, ακόμα κι αν το μάτι είναι μερικώς αποκλεισμένο από την αραχνοειδή μεμβράνη και να επιτρέπει ταχύτερη αναδρομή CSF.
- V. Να φέρουν μεγεθυντικό γυαλί.

26PROC018767501 2026-04-02

- VI. Ο εισαγωγέας οδηγός: να έχει διάμετρο και μήκος που να ταιριάζουν απόλυτα με κάθε μέγεθος σπονδυλικής βελόνας με πλήμνη σε σχήμα χωνιού για μείωση της πιθανότητας βλάβης στο άκρο της βελόνας κατά την εισαγωγή.
- VII. Η βελόνα 25G να είναι με οδηγό 30-40mm και μεγεθυντικό γυαλί στη λαβή για ταχεία ανίχνευση ακόμη και των μικρότερων ποσοτήτων ENY, και να διατίθεται σε μήκη 90mm, 103mm, 120mm

20. ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 22G ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Να είναι τύπου Pencil Point, ατραυματικές, με κλειστό άκρο κι ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο, αποστειρωμένες, Latex-free και χωρίς φθάλιο. Να φέρουν στυλεό και οδηγό. Το μέγεθος τής βελόνης (σε gauge και σε mm) να αναγράφεται απαραίτητα στη λαβή του στυλεού της, για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση.

Το πλευρικό μάτι να έχει στρογγυλεμένες ατραυματικές άκρες για την αποφυγή τραυματισμού τής σκληράς μήνιγγας και να κλείνει με ακρίβεια για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σχηματισμού πυρήνων ιστού. Να επιτυγχάνεται ανεμπόδιστη αντίστροφη ροή, ακόμα κι αν το μάτι είναι μερικώς αποκλεισμένο από την αραχνοειδή μεμβράνη και να επιτρέπει ταχύτερη αναδρομή CSF.

Ο εισαγωγέας-οδηγός να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: η διάμετρος και το μήκος να ταιριάζουν απόλυτα με κάθε μέγεθος σπονδυλικής βελόνας με πλήμνη σε σχήμα χωνιού για μείωση της πιθανότητας βλάβης στο άκρο της βελόνας κατά την εισαγωγή.

Η βελόνα 22G να είναι με οδηγό 30-40mm και να διατίθεται σε μήκη 90mm, 103mm, 120mm

23. ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΧ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ AMBU

Να είναι χωρίς PVC-Free, χωρίς φθάλιο (Phthalate-Free) και χωρίς Latex-Free, με ή χωρίς βαλβίδα. Να είναι διαφανείς, ελαφριές, με άγκιστρο, ατραυματικές, με ειδικό μαλακό μαξιλαράκι χωρίς αέρα. Να είναι ανατομικές, τα μεγέθη τους να ανταποκρίνονται στα διεθνή στάνταρς, καλύπτοντας το σύνολο των ασθενών και να εξασφαλίζουν απόλυτο σφράγισμα, χωρίς άσκηση μεγάλης πίεσης. Να μειώνουν τη δυνητική επανεισπνοή και τον κίνδυνο που συνδέεται με αυξημένα επίπεδα του τελικού παλιρροϊκού όγκου CO₂. Τέλος, να διατίθενται σε μεγέθη 2, 3, 4, 5, 6 με ευκρινή αναγραφή του μεγέθους στη μάσκα και χρωματική κωδικοποίηση.

24. ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΑΝΩ

Οι διαστάσεις της κουβέρτας μετά την πλήρωση με θερμό αέρα να είναι, η ολόσωμη των ενηλίκων 84 cm x 188 cm, Latex-free. Το εσωτερικό της να είναι κατασκευασμένο από δύο στρώματα φιλμ πολυαιθυλενίου, ώστε να είναι ανθεκτική σε τυχόν τρυπήματα και σκισίματα. Η εξωτερική της στρωμάτωση να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό με σκοπό την προστασία του σώματος του ασθενούς από την επαφή του δέρματός του με πλαστικά ζεστά αντικείμενα. Να είναι ακτινοδιαπερατή, ανθεκτική στα υγρά. Να διαθέτει προηγμένη καπιτονέ κατασκευή για την αποφυγή αιώρησης της κουβέρτας πάνω από το σώμα του ασθενούς αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την επαφή με τελικό σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανότητας θέρμανσης του ασθενούς.

Το ακροφύσιο της θερμαντικής μονάδας, να διαθέτει συνδετήρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής σύνδεση της κουβέρτας με την θερμαντική μονάδα για την αποφυγή θερμικού τραυματισμού, και η θερμαντική μονάδα να διαθέτει φίλτρο HEPA απόδοσης 99,97% για σωματίδια 0,3μm και η προκαθορισμένη αντικατάσταση αυτού να μην είναι κάτω από 2.000 ώρες λειτουργίας ώστε να υπάρχει αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Τέλος η θερμαντική μονάδα να παρέχει την δυνατότητα επιλογής ταχείας θέρμανσης (boost) και συνολικά ρύθμιση θερμοκρασίας 5 επίπεδων: περιβάλλοντος, 34°C, 40°C, 45°C, 47°C (boost). Να διατίθεται ο απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός (4 μηχανήματα).

25. ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

Οι διαστάσεις της κουβέρτας μετά την πλήρωση με θερμό αέρα να είναι 85cm x 175cm (με απόκλιση 3cm), κατασκευασμένη από δύο στρώματα φιλμ πολυαιθυλενίου στο εσωτερικό για την ενίσχυση της αντοχής και μη υφασμένο εξωτερικό στρώμα για την προστασία του σώματος του ασθενούς από ζεστά αντικείμενα που μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Να είναι Latex-free, ακτινοδιαπερατή, ανθεκτική στα υγρά, στο σκίσιμο και στο τρύπημα. Το μηχανήμα σύνδεσης με τις κουβέρτες να διαθέτει δυνατότητα επιλογής ταχείας θέρμανσης (boost) και ρύθμιση θερμοκρασίας 5 επίπεδων: περιβάλλοντος, 34°C, 40°C, 45°C, 47°C (boost). Να παρέχεται ο απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός και η συντήρησή τους να παρέχεται από την εταιρία, χωρίς να επιβαρύνεται το νοσοκομείο.

26. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΔΗ ΕΝΔΟΤΡ. ΜΕ ΟΠΗ

Να ενδείκνυται για την σύνδεση μεταξύ του κυκλώματος αναπνευστήρα και του σημείου σύνδεσης στον ασθενή.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

26PROC018767501 2026-04-02

- I. Διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό.
- II. Να έχει προέκταση 15cm λείας εσωτερικής επιφάνειας για την αποφυγή των συσσωρευμένων υγρών και για τον καλύτερο εντοπισμό αυτών.
- III. Οπή για την αναρρόφηση των πτυέλων του ασθενή για την αποφυγή πνευμονίας.
- IV. Νεκρό χώρο: 5ml.
- V. Να έχει βάρος: 25g.
- VI. Να είναι διαφανές με λεία εσωτερική επιφάνεια.
- VII. Να έχει άκρα σύνδεσης: 22M/15F – 22F.
- VIII. Να είναι Latex free & PVC free.
- IX. Να είναι αποστειρωμένο.
- X. Να είναι μίας χρήσης.

29. AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ

- I. Συσκευή αναζωογόνησης Ambu ενηλίκων κατασκευασμένη από πλαστικό PVC με διαφανή μάσκα διαμορφωμένη ώστε να επιτρέπει τέλεια προσκόλληση στο πρόσωπο του ασθενούς.
- II. Χωρίς λατέξ.
- III. Να διαθέτει σάκο επανεισπνοής και σωλήνα σύνδεσης με φιάλη οξυγόνου.
- IV. Να παρέχεται με μάσκα μίας χρήσης Νο 4 ενηλίκων.