

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (POCT) ΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που ζητούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή , θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ..

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτόματος και να πραγματοποιεί την ανάλυση εργαστηριακών δειγμάτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της χημειοφωταύγειας.
2. Τα αντιδραστήρια να είναι σε μορφή monotest.
3. Τα αντιδραστήρια να διατίθενται σε πλήρη συσκευασία τουλάχιστον των 15 tests/kit, με μακρές ημερομηνίες λήξης.
4. Τα kit των αντιδραστηρίων να περιέχουν στην ίδια συσκευασία και τους βαθμονομητές και τα υλικά ποιοτικού ελέγχου (calibrators & QC).
5. Να δέχεται μικρό όγκο δείγματος μέχρι 100μl.
6. Να εκτελεί ταυτόχρονα τρία (3) δείγματα τουλάχιστον.
7. Ο ελάχιστος χρόνος για την λήψη του πρώτου αποτελέσματος να είναι τα 10 λεπτά.
8. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 14 ιντσών.
9. Να δέχεται διαφόρων ειδών δείγματα όπως, ολικό αίμα, τριχοειδικό αίμα, ορό
10. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και σαρωτή γραμμικού κώδικα.
11. Να είναι επιτραπέζιος αναλυτής μικρών διαστάσεων, με φιλικό λογισμικό.
12. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το LIS του Νοσοκομείου.
13. Να έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει στην μνήμη του τουλάχιστον 10.000 αποτελέσματα ασθενών.
14. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω εξετάσεων: *hs cTnI*, *NT-proBNP*, *D-Dimer*.

Ο Συντάξας/Τεχνικός ΒΙ.Τ.

Ο Προϊστ/ένος Τ.Ε.Π

Ο Ιατρός

Βέργος Νίκος

Κίσιος Σωτήρης

Μπούτζας Χρήστος